



DQO MR TT

M131

20 - 1500 mg/L COD<sup>b)</sup>

Mr

Dichromate / H<sub>2</sub>SO<sub>4</sub>

### Información específica del instrumento

La prueba puede realizarse en los siguientes dispositivos. Además, se muestran la cubeta requerida y el rango de absorción del fotómetro.

Dispositivos	Cubeta	$\lambda$	Rango de medición
MD 100, MD 110, MD 200, MD 600, MD 610, MD 640, MultiDirect	ø 16 mm	610 nm	20 - 1500 mg/L COD <sup>b)</sup>
XD 7000, XD 7500	ø 16 mm	596 nm	20 - 1500 mg/L COD <sup>b)</sup>

### Material

Material requerido (parcialmente opcional):

Reactivos	Unidad de embalaje	No. de referencia
DQO MR	25 Cantidad	2420721
CSB MR, sin mercurio	25 Cantidad	2420711
DQO MR	150 Cantidad	2420726
CSB MR, sin mercurio	150 Cantidad	2420716

Se requieren los siguientes accesorios.

Accesorios	Unidad de embalaje	No. de referencia
Termorreactor RD 125	1 Cantidad	2418940

### Lista de aplicaciones

- Tratamiento de aguas de aporte
- Tratamiento de aguas residuales



## Notas

1. La cubeta en blanco es estable si se deposita en un lugar oscuro. La cubeta en blanco y la cubeta de muestra deben ser del mismo lote.
2. No introducir las cubetas calientes en el compartimiento de medición. Los mejores resultados se producirán dejando enfriar las cubetas durante la noche.
3. Para conseguir una mayor exactitud, se recomienda utilizar el set de cubetas CSB LR en las muestras con un CSB inferior a 100 mg/L.




Aqua Intertechnik  
Agua por




## Ejecución de la determinación CSB MR con prueba de cubetas Vario


Seleccionar el método en el aparato.




Preparar **dos cubetas reactivas**. Identificar una como cubeta en blanco.




Añadir **2 mL de agua desionizada** en la cubeta en blanco.




Añadir **2 mL de muestra** en la cubeta con la muestra.




Cerrar la(s) cubeta(s).




Mezclar el contenido girando con cuidado. **Atención: ¡Generación de calor!**




Disgregar la(s) cubeta(s) en el termoreactor precalentado durante **120 minutos a 150 °C**.




Extraer la cubeta del termoreactor. **(Atención: ¡La cubeta está caliente!)**




Dejar enfriar la(s) cubeta(s) a unos **60 °C**.



Mezclar el contenido girando.




Dejar enfriar la cubeta a temperatura ambiente y después medir.




Poner la **cubeta en blanco** en el compartimiento de medición. ¡Debe tenerse en cuenta el posicionamiento!



Pulsar la tecla **ZERO**.



Extraer la **cubeta** del compartimiento de medición.



Poner la **cubeta de muestra** en el compartimiento de medición. ¡Debe tenerse en cuenta el posicionamiento!



Pulsar la tecla **TEST** (XD: **START**).

A continuación se visualizará el resultado en mg/L DQO.



## Método químico

Dichromate /  $H_2SO_4$

## Apéndice

### Interferencia

#### Interferencias persistentes

- En casos excepcionales, los compuestos para los que la capacidad oxidativa del reactivo no sea suficiente, producen resultados erróneos.

#### Interferencias extraíbles

- Para evitar mediciones incorrectas debido a las sustancias en suspensión, es importante colocar las cubetas con cuidado en el compartimento de medición, ya que debido al método se produce una precipitación en el fondo de las cubetas.
- Antes de comenzar con la determinación, las caras exteriores de las cubetas deberán estar totalmente limpias y secas. Las huellas dactilares o la humedad en las superficies ópticas de la cubeta pueden producir mediciones erróneas.
- En la versión estándar, el cloruro interfiere a partir de una concentración de 1000 mg/L. En la versión sin mercurio, la perturbación depende de la concentración de cloruro y de la DQO. En este caso, concentraciones de cloruro de 100 mg/L pueden provocar alteraciones importantes. Para eliminar altas concentraciones de cloruro en muestras de DQO, consulte el método M130 DQO LR TT.

### Validación del método

Límite de detección	8.66 mg/L
Límite de determinación	25.98 mg/L
Límite del rango de medición	1500 mg/L
Sensibilidad	2,141 mg/L / Abs
Intervalo de confianza	18.82 mg/L
Desviación estándar	7.78 mg/L
Coefficiente de variación	1.04 %

#### Conforme a

ISO 15705:2002

#### De acuerdo a

ISO 15705:2002

DIN 38409 parte 43

<sup>9)</sup> Necesario un reactor para DQO (150 °C), TOC (120 °C), cromo total, nitrógeno, fosfato (100 °C)